



Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 055/2022

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

QUANTO A CALIBRAÇÃO DOS ELETRODOS:

1 – O edital exige calibração RBC para os eletrodos, gostaria de saber se a autarquia enviará equipamentos para a calibração dos eletrodos, visto que, de acordo com a ISO 17025, o eletrodo deve ser calibrado junto com o equipamento ao qual o mesmo será utilizado:

Resposta:

Esclarecemos que o eletrodo será certificado com equipamentos do próprio fornecedor. Isto, porque, nossos eletrodos podem ser utilizados nos diversos equipamentos da autarquia e serão verificados, anteriormente ao uso, com padrões MRC.

“Resposta ao questionamento em acordo ao memorando 494/2022 elaborado pelo Coordenador da Estação de Tratamento de Esgoto Sr. Diego de Carvalho.”


Madeline D. Tesser Espanhol
Pregoeira Suplente – Portaria nº 569/2021
Samae Jaraguá do Sul