



Jaraguá do Sul, 08 de março de 2022.

**Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 031/2022**

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

**Esclarecimento 01**

**EM RELAÇÃO AO ITEM 06**

Item	Especificação	Un.	Quant.	Valor de Referência Unitário	Valor de Referência Total
06	FRASCO P/ COLIFORMES EM AGUA, ESTERIL * Moldado em uma só peça, com tampa (FLIP TOP) * Feito em polipropileno reciclável * Com tiossulfato: recomendado para testes em agua potável clorada * Lacre de segurança indica a não-violação da esterilidade * A prova de vazamento quando fechado * Estéril Medidas: Volume: 100-120 ml Diâm. x Alt. Aprox. (mm): 65 x 120  <i>Mais detalhes, vide Termo de Referência (Anexo X deste Edital).</i>  <b>Código Samae: 40243</b>	UN	2.000	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00

Referente ao FRASCO P/ COLIFORMES EM ÁGUA, ESTERIL \* Moldado em uma só peça, com tampa (**FLIP TOP**) \* Feito em polipropileno reciclável \* Com tiossulfato: recomendado para testes em agua potavel clorada \* Lacre de segurança indica a não-violação da esterilidade \* A prova de vazamento quando fechado \* Estéril Medidas: Volume: 100-120 ml Diâm. x Alt. Aprox. (mm): 65 x 120.

A nossa empresa tem um produto que serve para mesma finalidade, porém não atende 100% da especificação, conforme abaixo:

**FRASCO COM TAMPA ROSCA**, DESCARTAVEL, ESTERIL, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE. POSSUI LACRE DE VEDAÇÃO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE, USADO PARA ANALISE BACTERIOLOGICA, COM REAGENTE DE TIOSSULFATO DE SODIO PULVERIZADO PARA INIBICAO DO CLORO NA AGUA. POSSUI MARCAÇÃO DO LOTE NO FRASCO PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE. CAPACIDADE 120ML COM MARCAÇÃO DE 100ML. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES

Podemos participar da licitação com este produto?

**Resposta: Sim! O frasco pode ser com tampa rosca ou tampa (FLIP TOP), desde que atenda todos os demais requisitos da descrição citada no edital.**

\* Resposta elaborada em acordo ao Memorando Eletrônico nº 287/2022, redigido pela área técnica solicitante – Coordenadoria de Laboratórios.

**Barbara Wittkowski Fendrich**  
Pregoeira – Portaria nº 569/2021  
Samae Jaraguá do Sul





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED53-6436-C9AE-EF2D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BARBARA FENDRICH (CPF 086.XXX.XXX-10) em 09/03/2022 09:28:42 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://samaejs.1doc.com.br/verificacao/ED53-6436-C9AE-EF2D>