



Jaraguá do Sul, 11 de abril de 2023.

Esclarecimento ao Edital de Pregão nº 052/2023

Com base em questionamento realizado por fornecedor interessado em participar do presente processo licitatório, informo a quem possa interessar o seguinte **ESCLARECIMENTO** ao Edital:

Esclarecimento 01

1 – Referente ao ITEM 11 Indicador Biológico Espécie: *Bacillus Stearothermophilus* (ATCC 7953), Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Tipo: Segunda Geração, Características Adicionais: Resposta Em 24 Horas ou 48 horas, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura. Deve acompanhar laudo de análise e certificado de rastreabilidade para cada lote. Validade mínima de 12 meses. Caixa com 10 unidades.

No edital pede 5 caixas (caixa com 10 unidades) e esse produto só é fornecido com caixa de 50 unidades - portanto só conseguiremos enviar esse produto se formos o ganhador do certame - as 50 unidades de uma vez.

Favor nos informar se será aceito.

Resposta:

Em resposta ao questionamento informo que o item em questão, Indicador Biológico Espécie: *Bacillus Stearothermophilus* (ATCC 7953), não está listado nos produtos entregues de forma parcelada. Dessa forma as 50 unidades deverão ser entregues em uma única entrega. Em relação a forma de apresentação, quantidade na caixa, poderá ser aceito desde que a quantidade entregue seja de 50 unidades e o valor total esteja alinhado ao Termo de Referência.

* Resposta elaborada e encaminhada por e-mail, redigido pelo Sr. Rafael Jungton – Coordenador de Laboratórios – Diretoria Técnica.

Madeline Durgant Tesser Espanhol
Pregoeira Suplente– Portaria nº 1117/2022
Samae Jaraguá do Sul